

Certificate of Calibration

Detail : INFANT WARMER ID No. : IFW-LR-02
Manufacturer : DRAGER Model : Serial No. : VE00569

Department : โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว Section : LR
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Room Ambient : Temperature : 23 °C (15-25 °C) Humidity : 50 %RH (20-85 %RH)

Cal Date : 7/2/2563 **Approved Date** 2/3/2563

Measurement Method : ปฏิบัติตามวิธีสอบเทียบเครื่อง Infant Warmer รหัส W1-CAL-IFW-01 โดยใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน และสอบเทียบภายใต้สภาวะแวดล้อมตามที่กำหนด

Standard Used :

Equipment	Manufacture	Model	Serial No.	Certification No.	Cal Date
Incubator Analyzer2	Fluke	INCUB II	32810011	19h703	15/3/2562

Measurement Results :

Temperature	UUC Setting (°C)	STD Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (+/-°C)	Accept value (+/-°C)
	36.00	36.00	0.00	0.089	2.00

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor

$k = 2$, Providing a level of confidence of approximately 95%

Cal by : นายพิชิตพร นิลโน

Approved by :

(นายทศพงษ์ ตรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

Comment : This report certifies the calibrate results as of the date, the location and the conditions of calibrate only.