

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม ขนาด ๑ml. เข็มเบอร์ ๒๙G x ๐.๕ นิ้ว

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นกระบอกฉีดยาอินซูลิน ปราศจากเชื้อ แบบใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง
- ๑.๒ กระบอกฉีดยามีขนาดบรรจุ ๑ ml. แบบใส
- ๑.๓ ตัวเข็มผลิตจาก Stainless Steel เคลือบด้วย Silicone
- ๑.๔ เข็มเป็นแบบ (Thin Wall Needle) ทำให้ฉีดยาได้เร็ว และลดแรงต้านในการฉีดยา
- ๑.๕ เข็มและกระบอกฉีดยาไม่สามารถแยกออกจากกันได้
- ๑.๖ กระบอกฉีดยาใส ไม่มีสี ทำจากพลาสติก Polypropylene
- ๑.๗ ก้านฉีดยาทำจากพลาสติก
- ๑.๘ สเกลข้างหลอดฉีดยามองเห็นได้ชัดเจน ขนาด ๑ ขีดเท่ากับ ๒ Unit
- ๑.๙ มีข้อความระบุชื่อของกระบอกฉีดยา ข้อความ U๑๐๐-INSULIN ความจุ ชื่อและที่ตั้ง สถานที่ผลิตหรือวิธีอื่นตามมาตรฐานการทำให้ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- ๒.๑ ผ่านการ Sterile ด้วย Ethylene Oxide Gas
- ๒.๒ ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
- ๒.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- ๒.๔ การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต คือ ๑ กล่อง มี ๑๐๐ เล่ม แต่ละอันบรรจุของแยกพร้อมระบุเลขที่ผลิต วัน เดือน ปีผลิต และวันหมดอายุไว้ที่ช่องแต่ละชั้น
- ๒.๕ มีข้อความว่า “ปราศจากเชื้อและปราศจากไฟโรเจน” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
- ๒.๖ ลูกสูบที่อยู่ในกระบอกฉีดยาต้องปรากฏขอบเขตที่แน่นอนและเห็นได้ชัดเจน เป็นปลายตัดตรง
- ๒.๗ ส่วนปลายก้านฉีดยามีการป้องกันไม่ให้ก้านฉีดยาหลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่ายและป้องกันอากาศซึมผ่านรวมถึงป้องกันการรั่วไหลของน้ำยา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๓๘๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกเพชร วงศ์พยัคฆ์) (นางสาวเรไร มงคลพันธ์) (นางสาวมารีนา มุลทรัพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เกษตรชำนาญการ