

๖. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ CXR เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ HIV เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ iron study เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยทุก ๖ เดือน
๙. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ serum intact parathyroid (iPTH) เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า ๑๐ กรัมต่อเดซิลิตร
 ๒. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินมากกว่า ๑๑.๕ กรัมต่อเดซิลิตร
 ๓. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum ferritin น้อยกว่า ๑๐๐ นาโนกรัมต่อเดซิลิตร
 ๔. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Urea Reduction Ratio น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
 ๕. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า ๑.๒ (ฟอกเลือด ๓ ครั้ง/สัปดาห์)
 ๖. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า ๑.๘ (ฟอกเลือด ๒ ครั้ง/สัปดาห์)
 ๗. ร้อยละของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกเลือดผ่านทาง arteriovenous fistula หรือ graft
 ๘. ร้อยละของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกเลือดเป็นประจำผ่านทาง temporary venous catheter นานกว่า ๙๐ วัน
 ๙. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum calcium มากกว่า ๑๐.๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 ๑๐. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum phosphorus มากกว่า ๕.๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 ๑๑. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ iPTH มากกว่า ๙ เท่าของค่าปกติ (upper normal limits)
 ๑๒. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum albumin น้อยกว่า ๓.๕ กรัมต่อเดซิลิตร
- ๓.๕.๗ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ในการจัดเตรียมเอกสาร ตามระบบคุณภาพที่ทางโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ดำเนินการอยู่รวมทั้งควบคุม และรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด และจะต้องจัดหาผู้ประสานงานสำหรับการเบิกจ่ายตรงร่วมกับโรงพยาบาล
- ๓.๕.๘ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานศูนย์ไตเทียมของโรงพยาบาล ต้องแต่งกายเหมาะสมถูกระเบียบตามวิชาชีพ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด และต้องอยู่ภายใต้กฎที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ตลอดจนกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ทางราชการออกมามีผล
- ๓.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

๗/๓.๖.๑ ผู้รับจ้าง ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพนนี สีตะจิตต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ธรรมธร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๖.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบฟอกเลือดและเครื่องไตเทียมให้พร้อมใช้งาน รวมทั้ง ออกแบบปรับปรุง และตกแต่งภายในสถานที่สำหรับให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อ ๑ หน่วยบริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคม โรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น รวมทั้งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาห้องฟอกไต ให้ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ดูแลสถานที่ ที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บริการฟอก เลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยด้วยตนเอง และต้องมีระบบการควบคุมการติดเชื้อในหน่วยไตเทียม ดังนี้

๓.๖.๒ ออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่งห้องหรือสำนักงานของศูนย์ไตเทียมให้ถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อ การดำเนินการตามกฎหมายของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จนสามารถใช้งานได้ทุกระบบ ได้แก่ Nurse station โต๊ะ ทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ตู้เก็บของปราศจากเชื้อ ตู้เย็นเก็บยา ตู้เย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ รถเข็นทำหัตถการ ห้องฟอกเลือด ห้องระบบน้ำ ห้องล้างตัวกรอง รวมถึงตู้เก็บตัวกรอง ชนิดแยกห้องเก็บของผู้ป่วยรายบุคคลที่มีติดเชื้อ และห้องเก็บน้ำยาโดยผ่านการเห็นชอบของโรงพยาบาล

๓.๖.๓ แยกพื้นที่เฉพาะสำหรับเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์

๓.๖.๔ แยกพื้นที่สำหรับล้างตัวกรอง ต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสม และแยกอ่างล้างตัวกรอง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และอ่างล้างตัวกรองไม่ติดเชื้อ โดยตั้งอ่างล้างอ่าง กันหรือมีผนังกันที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามอ่าง

๓.๖.๕ มีอ่างล้างมือสำหรับผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการฟอกเลือด

๓.๖.๖ ต้องมีพื้นที่พักของพยาบาลเป็นสัดส่วน

๓.๖.๗ จัดให้มีที่นั่งพักผ่อน โทรทัศน์ และเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ในห้องฟอกญาติผู้ป่วย

๓.๖.๘ ต้องมีเตียงนอนหรือเปลเข็นนอนสำหรับผู้ป่วยอย่างน้อย ๑ เตียง ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินช่วยฟื้นคืนชีพ

๓.๖.๙ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรอบการให้บริการฟอกเลือด

๓.๖.๑๐ ทำความสะอาดเครื่องไตเทียมฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียมทั้งภายใน ภายนอกเตียง ทุกครั้ง เมื่อ สิ้นสุดการให้บริการในแต่ละรอบ ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

๓.๖.๑๑ แยกพื้นที่ห้องเก็บของให้เป็นระเบียบตามมาตรฐาน ๕ ส.

๓.๖.๑๒ มีระบบการกำจัดขยะ และดำเนินการจัดการขยะเอง โดยจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะของมีคมติดเชื้อ และขยะอันตราย ให้เพียงพอตามมาตรฐาน การควบคุมและป้องกันการ ติดเชื้อและดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในและภายนอกอาคารหน่วยไตเทียมพร้อมนำส่งถึงที่ ทิ้งขยะแต่ละประเภทที่ทางโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว กำหนดไว้

๓.๖.๑๓ มีการจัดถังใส่ผ้าใช้แล้ว และถังใส่ผ้าสะอาด ตามขนาดที่เหมาะสมเพียงพอ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ใช้ในการฟอกเลือด เพื่อดำเนินการ ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

๓.๗.๑ น้ำยาที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งหมด ตามคำสั่งแพทย์ จากบริษัทที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO หรือดีกว่า มีผลตรวจสอบคุณภาพน้ำยามาแสดง

๓.๗.๒ Dialyzer (ตัวกรองเลือด) Blood Line, AV-fistula, Syringe, Plaster ที่ใช้ในการฟอกไต ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเตรียม ตัวกรองเลือดใช้ซ้ำไม่เกิน ๒๐ ครั้ง หรือน้อยกว่าโดยวัดค่าตาม TCV ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามมาตรฐานสมาคมโรคไตกำหนด


๘/๓.๗.๓ Blood line ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพนนิ สิตะจิตต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ธรรมธร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๗.๓ Blood line และ transducer protector สำหรับใช้ครั้งเดียวไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ

๓.๗.๔ AVF needles

๓.๗.๕ Syringe

๓.๗.๖ Plaster ที่ใช้ในการฟอกเลือด

๓.๗.๗ ยาที่ใช้ในการฟอกเลือดตามมาตรฐานทั้งหมด เช่น Heparin, Xylocaine, Glucose ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ ml. และยาอื่น ๆ ที่จำเป็น

๓.๗.๘ น้ำยาฆ่าเชื้อทุกชนิดที่ใช้ในหน่วยไตเทียม

๓.๗.๙ Sterile sets, Dressing set แบบใช้ครั้งเดียว

๓.๗.๑๐ IV Set

๓.๗.๑๑ เข็มฉีดยาขนาดต่างๆ

๓.๗.๑๒ ถุงมือ Sterile, Disposable

๓.๗.๑๓ ถุงขยะสำหรับขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ

๓.๗.๑๔ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคนไข้ฟอกไตให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด และตามข้อเสนอแนะของกรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และสำนักงานประกันสังคม

๓.๘ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับถัดจากวันทำสัญญา โดยคุณสมบัติเป็นไปตามที่มาตรฐานอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

๓.๙ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้า ๓ เฟส เติร์ดระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อบรรยากาศสำรองของโรงพยาบาล มีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่องไตเทียมตามจุดใช้งาน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำรอง (ไฟฉุกเฉิน) ที่เพียงพอ และพร้อมใช้งานเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ รวมทั้งติดตั้งระบบน้ำประปา โดยติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาแยกออกจากโรงพยาบาล พร้อมติดตั้งระบบท่อจ่ายน้ำตามจุดใช้งานให้มีความสะดวกต่อการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษา ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

๓.๑๐ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการ ตรต. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยให้ผ่านภายในกำหนดเวลา(ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยภายใน ๓๐ วันหลังจากผ่านการรับรองแล้ว)

๓.๑๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑๒.๑ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ และค่าทำปราคาจากเชื้อเครื่องมือต่างๆ โดยชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและโรงพยาบาล นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปาแยกจากโรงพยาบาล และจะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่โรงพยาบาลตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินให้แก่บริษัทสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๙/๓.๑๒.๒ ค่าตรวจ ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒน์ ศีตะจิตต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชลธิชา ธรรมธร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๑๒.๒ ค่าตรวจชั้นสูตรต่างๆ ตามแผนการรักษา อย่างน้อย ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

๓.๑๓ สำหรับเครื่องมือที่ผู้ว่าจ้างได้ติดตั้งไว้ผู้รับจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาและพึงระวังทรัพย์สิน มิให้ชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายทรุดโทรม ตลอดอายุการใช้งานตัวแทนของผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจได้เสมอและจะไม่ดัดแปลงต่อเติมเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๑๔ บรรดาสิ่งของก่อสร้างหรือซ่อมแซมในส่วนพื้นที่ให้ใช้ในพื้นที่ยุทเทียม ในลักษณะติดตั้งตั้งตรงถาวร เมื่อผู้รับจ้างออกจากพื้นที่ห้ามมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมดังกล่าวต้องตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของผู้รับจ้างที่นำมาใช้

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

- ๔.๑ ผู้ป่วยติดต่อทำเวชระเบียนที่ห้องบัตร
- ๔.๒ ผู้ป่วยนำใบนัดมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ไตเทียม
- ๔.๓ ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนฟอกเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ วัดความดันโลหิต
- ๔.๔ ผู้ป่วยรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามชนิดของ vascular access; AVF; AV-Graft; Double lumen catheter /Permanent catheter เป็นระยะเวลาปกติ ๔ ชั่วโมง
- ๔.๕ วัด vital signs ตามปกติ ทุก ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง หากผิดปกติ จะวัดถี่ขึ้นอย่างน้อยทุก ๑๕ นาที จนกว่า vital signs stable
- ๔.๖ ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 - ๔.๖.๑ หากมีอาการปกติ หลังรับการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ชำระค่าบริการตามสิทธิที่ห้องการเงิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพประเภทผู้สูงอายุ ไม่ต้องชำระเงิน)
 - ๔.๖.๒ หากมีอาการผิดปกติ แพทย์จะส่งยาตามแผนการรักษา และให้ผู้ป่วยชำระเงินค่าบริการ และค่ายาตามสิทธิที่ห้องการเงิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพประเภทผู้สูงอายุ ไม่ต้องชำระเงิน) ให้รับยาที่ห้องยา
- ๔.๗ ให้ยาตามแผนการรักษา
- ๔.๘ ในกรณีที่ต้องชำระเงินให้นำใบเสร็จมาลงบันทึกเลขที่ใบเสร็จการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ศูนย์ไตเทียม
- ๔.๙ กรณีผู้ป่วยสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะไม่ต้องสำรองเงินจ่าย โดยทางผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการเบิกค่าบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง
- ๔.๑๐ ประเมินผู้ป่วยหลังการฟอกเลือด และให้ใบนัดหมายการรับบริการครั้งต่อไป

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- ๕.๑ ติดตั้งโปรแกรม TRT พร้อมบันทึกข้อมูลส่งไปยังสมาคมโรคไต
- ๕.๒ ติดต่อประสานงานคณะกรรมการการตรวจรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) เพื่อขอรับการรับรองหรือต่ออายุการรับรอง
- ๕.๓ ติดตั้งโปรแกรม HD ๒.๓.๔
- ๕.๔ บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าฟอกเลือด และค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม สกส.

๑๐/๕.๕. ทำการตรวจสอบ ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพนนิ ศีตะจิตต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ธรรมธร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๕. ทำการตรวจสอบ แก่ไขข้อมูล การเบิกจ่ายในกรณีตรวจไม่ผ่าน ประสานงานโดยตรงกับ กรมบัญชีกลาง

๕.๖ จัดทำตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงเก็บข้อมูล ติดตามงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม และตัวชี้วัดที่ทางราชการกำหนด

๕.๗ จัดทำแผนสอนสุขศึกษา และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต่อศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๖.๑ รับเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพและผู้ป่วยสิทธิ ชำระเงินเอง และส่งจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง

๖.๒ จัดให้มีรถ Ambulance ส่งผู้ป่วยกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด

๖.๓ จัดให้มีรถเข็นบริการผู้ป่วย

๖.๔ สนับสนุนยาช่วยชีวิต สำรองไว้ที่ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และรับเปลี่ยนเมื่อยาใกล้หมดอายุ ก่อน ๖ เดือน

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องเปิดทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้คนไข้ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ วัน ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐น. - ๒๐.๐๐น. โดยปรับเปลี่ยนจำนวนวัน และเวลาได้ตามความเหมาะสมกับการให้บริการผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ได้รับทราบก่อนด้วย

๗.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องไตเทียมเป็นประจำทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาจ้างบริการ รวมถึงอะไหล่ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน และจะต้องซ่อมแซม แก้ไขให้สามารถใช้งานเครื่องไตเทียมได้ภายใน ๕ วัน ในกรณีเครื่องไตเทียมที่ให้บริการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้อง จัดหาช่างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถในการซ่อมเครื่องไตเทียม

๗.๓ ผู้รับจ้างอนุญาตให้คณะกรรมการหรือตัวแทนของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว สามารถเข้าตรวจสอบ หน่วยไตเทียมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้จะแจ้งหน่วยไตเทียมทราบก่อนเข้าตรวจสอบ ถ้ามีข้อแก้ไขจากคณะกรรมการหรือ ตัวแทนของโรงพยาบาล ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วันทำการ

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสารตามระบบ คุณภาพมาตรฐานที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่ รวมทั้งควบคุมและรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด

๗.๕ ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั่วไป ที่ทาง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว กำหนด ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว กำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

๗.๖ ผู้รับจ้างจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางคลินิก (Clinical Policy) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการดำเนินงานหน่วยไตเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีการปฏิบัติ และจัดเตรียมเอกสารตามระบบคุณภาพเพื่อการตรวจประเมิน และส่งรายงานตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

๗.๗ การควบคุมกำกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เป็นสิทธิของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว โดยรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๑๑/ ๗.๘ คนไข้ ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพัฒน์ ศีตะจิตต์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอริย์ วิศาลสุวรรณกร)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ธรรมธร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ