

๔.๒.๘.๑๗ มีมาตรฐานของ DICOM ที่สามารถรับ และส่งภาพจากระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ Network ของโรงพยาบาลได้

๔.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๒.๙.๑ Phantom	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๙.๒ Position Accessories	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๙.๓ เครื่องดูความชื้น	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๙.๔ ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS Server)	จำนวน ๑ ชุด
เพื่อรองรับการอ่านผลทางไกลแบบ Web-Base	
๔.๒.๙.๕ เครื่องฉีดสารทึบรังสีอัตโนมัติ (Injector) ชนิด Single Head	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๙.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบลงทะเบียนผู้ป่วย	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๙.๗ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับชุดคอมพิวเตอร์หลัก และสำหรับชุดคอมพิวเตอร์อิสระอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	
๔.๒.๙.๘ อุปกรณ์ป้องกันรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ได้แก่ เสื้อตะกั่ว และ Thyroid Shield อย่างน้อย ๒ ชุด	
๔.๒.๙.๙ โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำหรับ Console และ Workstation	
๔.๒.๙.๑๐ เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้	

๔.๓ ข้อกำหนดมาตรฐานในการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

๔.๓.๑ คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ต้องนำเสนอเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โปรแกรมการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่โรงพยาบาลกำหนด มีหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานอาหารและยา โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล

๔.๓.๒ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องทำการปรับปรุง และตกแต่งสถานที่ให้ได้มาตรฐาน และทำการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เรียบร้อยเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันไฟฟ้า เป็นต้น จนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี หากต้องมีการรื้อถอนเดิม คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ต้องทำการรื้อถอน และจัดเก็บให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔.๓.๓ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องทำงาน และระบบป้องกันอันตรายจากรังสี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

๔.๓.๔ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องดำเนินการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทำการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และทำการขออนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตามกฎหมายทุกปี รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) อยู่ประจำเครื่อง โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔.๓.๕ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะต้องทำการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยมีหนังสือการอบรมของผู้ติดตั้งมาแสดง

๔.๓.๖ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมต้องเป็นของแท้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๓.๗ สามารถรองรับระบบการจัดเก็บและเรียกดูภาพของงานรังสีวิทยา (PACS) ได้

๔.๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องแนบหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์ของบริษัทที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๖/๔.๔ การรับประกัน..

ลงชื่อ...ณัฏฐพร ไทยชน...ประธานกรรมการ ลงชื่อ...[ลายเซ็น]...กรรมการ ลงชื่อ...จิตรมาพร...กรรมการ
(นางสาวณัฏฐพร ไทยชน) (นางสาวพัชรี สุรัสโม) (นางสาวจิตตราพร หลอมทอง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๔.๔ การรับประกันและบำรุงรักษา

๔.๔.๑ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรับประกันการตรวจ ผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงแผนกเร่งด่วน

๔.๔.๒ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรับประกันการรายงานผลในการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน นับตั้งแต่ภาพทางรังสีผู้ป่วยได้ส่งเข้าสู่ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

๔.๔.๒.๑ Brain ภายใน ๑ ชั่วโมง

๔.๔.๒.๒ Body ภายใน ๒ ชั่วโมง

๔.๔.๒.๓ Stroke Fast Track น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ นาที (แจ้งผล) และรายงาน Official Report ภายใน ๑ ชั่วโมง

๔.๔.๒.๔ ผู้ป่วยทั่วไปจะต้องได้รับการรายงานผลภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือก่อนวันนัดฟังผล นับตั้งแต่ภาพทางรังสีผู้ป่วยได้ส่งเข้าสู่ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

๔.๔.๓ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรับผิดชอบปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ พร้อมฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องทำการอัปเดตภายใน ๙๐ วัน โดยไม่คิดมูลค่าตลอดอายุการรับประกัน

๔.๔.๔ โรงพยาบาลไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบอบสลายของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เมื่อเกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย การโจรกรรม หรือจากเหตุสุดวิสัย รวมทั้งผลอันเนื่องมาจากบุคลากร ผู้ดำเนินการให้บริการของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

๔.๔.๕ กรณีที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบทันที และดำเนินการจัดส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสถานบริการนอกโรงพยาบาล ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่กำหนดจนกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของแผนกเร่งด่วนจะให้บริการได้ โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนรับผิดชอบในการรับ-ส่ง ค่าเสียหายที่ตามมาให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอันประกอบด้วย ค่ารถพยาบาล ค่าคนขับรถ ค่าพยาบาลติดตามดูแลผู้ป่วย ค่าบริการการตรวจ เป็นต้นโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการโรงพยาบาลในอัตราค่าบริการแต่ละรายการไม่เกินราคาที่เสนอ

๔.๔.๖ กรณีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชำรุดหรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณี ยกเว้นกรณีที่ต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ หลอดเอกซเรย์ ดีเทคเตอร์ เป็นต้น ต้องแก้ไขแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันโดยนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามที่กำหนดในสัญญา

๔.๔.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถไม่ต่ำกว่าเครื่องเดิมมาติดตั้งให้แก่โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบอกกล่าว เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องแก่โรงพยาบาล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งเองทั้งสิ้น

๔.๔.๘ กรณีเหตุสุดวิสัย ไม่มีกระแสไฟฟ้าอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง เนื่องจากไฟฟ้าส่วนกลางไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสถานบริการอื่นที่โรงพยาบาลกำหนด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และค่าจัดส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจ

๗/๔.๕ เงื่อนไขและ...

ลงชื่อ <u>ณภาพ ไกยชน</u>	ลงชื่อ <u>[ลายเซ็น]</u>	ลงชื่อ <u>จิตกร พ</u>
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นางสาวณภาพ ไกยชน)	(นางสาวพัชรี สุรัสโม)	(นางสาวจิตตราพร หลอมทอง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๔.๕ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการดำเนินการ

๔.๕.๑ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องส่งแบบแปลนการติดตั้งเครื่องให้แก่โรงพยาบาลพิจารณาอนุมัติการติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องจริง

๔.๕.๒ ฝ่ายคู่สัญญาเอกชนเป็นผู้จัดหาบุคลากรมาดำเนินการให้บริการในแผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และนักรังสีการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะไม่น้อยกว่า ๑ อัตรา รวมไปถึงพนักงานธุรการให้พร้อมบริการ โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการตรวจ และจ่ายค่าล่วงเวลาให้พยาบาลวิชาชีพอยู่ร่วมด้วยในเวลาราชการโดยต้องปฏิบัติตาม ระเบียบนโยบาย มาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพของโรงพยาบาลและจัดจ้างรังสีแพทย์ทั้งจากในพื้นที่ หรือส่งภาพอ่านฟิล์มทางอินเทอร์เน็ตมาให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการหรือการบริการในโรงพยาบาล หรือการบริการของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพของโรงพยาบาล

๔.๕.๓ ข้อมูลส่วนตัวสุขภาพ ฟิล์ม และรายงานผล ของผู้เข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นความลับส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนรวมทั้งบุคลากรที่ดำเนินการให้บริการจะนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น หรือสาธารณะไม่ได้

๔.๕.๔ ข้อมูลภาพถ่ายรังสี ฟิล์มและรายงานผลที่เกิดจากการให้บริการในแผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมสิทธิ์ และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล

๔.๕.๕ เมื่อหมดสัญญาคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องส่งข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด ให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่โรงพยาบาลมอบหมาย

๔.๕.๖ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนสำหรับการตรวจรับ

๔.๕.๗ กำหนดส่งของ และติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

๔.๕.๘ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายและชำระค่าไฟฟ้าตามอัตราเรียกเก็บที่การไฟฟ้าเรียกเก็บโรงพยาบาล

๔.๕.๙ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้จัดหา และออกค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางด้านรังสี เช่น กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เป็นต้น

๔.๕.๑๐ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้จัดหา และจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต, Stethoscope รวมถึงยาที่จำเป็นให้พร้อมใช้ในห้องตรวจ ในกรณีผู้ป่วยแพ้สารที่ทึบรังสี ซึ่งต้องได้รับการช่วยชีวิตจากโรงพยาบาล โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และค่ายาที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งหมด รวมถึงความเสียหายอื่นอันเกิดแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรืออันเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๔.๕.๑๑ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรักษาจริยบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้ส่งตรวจหรือผู้ป่วย

๔.๕.๑๒ เทคนิคการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรังสีแพทย์ของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ผู้ตรวจสอบงานจ้างของโรงพยาบาลตรวจสอบการทำงาน คู่สัญญาฝ่ายเอกชนตลอดเวลา

๘/๔.๕.๑๓ คู่สัญญาฯ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวนภาพร ไกยชน) (นางสาวพัชรี สุรัสโม) (นางสาวจิตตราพร หลอมทอง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๔.๕.๑๓ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ดำเนินการการเชื่อมต่อและส่งภาพชนิด DICOM ไปยัง Computer Server หรือระบบที่สามารถรับ – ส่งภาพเข้าสู่ระบบ PACS ของโรงพยาบาล โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของภาพการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่คู้สัญญาฝ่ายเอกชนได้ทำการตรวจวินิจฉัยทั้งหมด

๔.๕.๑๔ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องส่งมอบผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของฟิล์มเอกซเรย์ หรือหนังสือรับรองผล หรือ CD หรือ DVD ทั้งการส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์อิสระให้กับรังสีแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อรายงานผล

๔.๕.๑๖ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา รวมทั้งซ่อมแซม แก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่นำเครื่องมาให้บริการแก่ทางโรงพยาบาล รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ส่วนประกอบของเครื่อง โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๔.๕.๑๗ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาค่าบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องเสนอราคาในแต่ละรายการตรวจ ของคนไข้สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมที่ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาล โดยราคาที่เสนอต้องไม่เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้

๔.๕.๑๘ ในกรณีที่ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ เบิกได้จ่ายตรวจ เงินสด พรบ ที่ต้องการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทางคู้สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถเก็บค่าบริการไม่เกินกว่าอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยคนไข้ทันที หากจำเป็นต้องใช้สารทึบรังสี (Non Ionic Contrast Media) ร่วมในการตรวจวินิจฉัย คู้สัญญาฝ่ายเอกชนคิดค่าสารทึบรังสีราคาไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาทต่อ ๑ หน่วย (๑ หน่วย = สารทึบรังสีปริมาณ ๕๐ มิลลิลิตร รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดสารทึบรังสี) โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรวบรวมรายชื่อ, ส่วนตรวจและจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ แจ้งให้กับทางโรงพยาบาลรับทราบทุกเดือน

๔.๕.๑๙ การเก็บค่าบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนจะเรียกเก็บค่าบริการจากโรงพยาบาลต่อผู้ป่วย ๑ ราย ในการตรวจแต่ละส่วน (Part Examination) หากผู้ป่วยรายเดียวกันตรวจแล้ว แพทย์หรือรังสีแพทย์มีความเห็นสมควรที่ต้องตรวจเพิ่ม หรือเห็นว่าการตรวจนั้นยังไม่สมบูรณ์ในการตรวจส่วนนั้นๆ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องตรวจเพิ่มโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มจากโรงพยาบาลและผู้ป่วยอีก

๔.๕.๒๐ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องเสนอเงื่อนไขอื่นๆ กำหนดระยะเวลาในการรับจ้างค่าจ้าง/เงินเดือน/ ข้อกำหนดอื่นในการรับจ้างมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)

๔.๕.๒๑ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรวบรวมจำนวนและรายการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยซึ่งมีเลขประจำตัวผู้ป่วย และรายการตรวจแต่ละรายการรวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อขอเบิกเงินค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยปกติจะรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันสุดท้ายของเดือน

๔.๕.๒๒ หากโรงพยาบาลเห็นว่าการดำเนินงานของคู้สัญญาฝ่ายเอกชน เช่น การให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องเอกซเรย์ และ/ หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ดีพอและไม่แก้ไขภายในกำหนดในข้อสัญญา โรงพยาบาลสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๕.๒๓ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องให้การสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ในการตรวจและการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชาการ โดยคู้สัญญาฝ่ายเอกชนไม่คิดมูลค่า

๔.๕.๒๔ คู้สัญญาฝ่ายเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นในภายหน้า ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาจ้าง

๘/๔.๕.๒๕ คณะกรรมการฯ..

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณภาพร ไกยชน) (นางสาวพัชรี สุรัสโสม) (นางสาวจิตตราพร หลอมทอง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชพิชญ์พิทยการพิเศษ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ